



SE SENESTE TESTRESULTET**Tænd for instrumentet og vælg RCL-funktionen.**

Hold knappen OFF (den lille knap under displayet) nede, mens du trykker på ON-knappen (den store knap) for at få adgang til MENU-funktionerne. Tryk på ON-knappen for at skifte gennem MENU'en, indtil RCL vises. Tryk på OFF-knappen for at vælge RCL-funktionen.



Nu vises resultatet af seneste test.

Vises E43 betyder det at seneste test er afbrudt